



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان مرکز آموزشی درمانی نیک نفس	
عنوان: دستورالعمل کنترل صحت عملکرد و کیفیت محلول های گندزدای سطح بالا	
کد: NH-IN-IPC-01-05	کد سنجه ب- 5-1-2
تاریخ تدوین: بهمن 1401	تاریخ بازنگری بعدی: بهمن 1402

اداره بهبود کیفیت و اعتباربخشی

ردیف	عنوان	شماره صفحه
1	دستورالعمل کنترل صحت عملکرد و کیفیت محلول های گندزدای سطح بالا	2

تهیه کننده	تاییدکننده	تصویب کننده	ابلاغ کننده
زیبا شعبانی (سرپرستار CSR)	خانم اژدری (مترون)	خانم دکتر میرمطلبی (رئیس مرکز)	خانم دکتر میرمطلبی (رئیس مرکز)



<b>دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان</b> <b>مرکز آموزشی درمانی نیک نفس</b>	
<b>عنوان : دستورالعمل کنترل صحت عملکرد و کیفیت محلول های گندزدای سطح بالا</b>	
<b>کد: NH-IN-IPC-01-05</b>	<b>کد سنجه ب - 5-1-2</b>
<b>تاریخ تدوین: بهمن 1401</b>	<b>تاریخ بازنگری بعدی : بهمن 1402</b>

**هدف :** بالابردن سطح ایمنی و کنترل عفونت

**شیوه انجام کار:**

- به کارگیری محلول های گندزدای سطح بالای مورد تأیید سازمان غذا و دارو و دارای کد فرآورده
- پایش کیفیت فرآیند گندزدایی محلول های سطح بالا به صورت تصادفی در مقاطع زمانی مختلف با استفاده ی تست های سوآپینگ رایج بر اساس فرمولاسیون محلول
- آموزش و نظارت بر نحوه ی آماده سازی و استفاده از محلول های گندزدای سطح بالا توسط سرپرستار بخش واحد استریلیزاسیون
- رعایت تکنیک آماده سازی محلول ها در محل استاندارد شامل تهویه ی استاندارد، استفاده از تجهیزات حفاظت فردی، نگهداری محلول در ظروف مناسب درب دار
- نگهداری ایمن و رقیق سازی محلول های سطح بالا طبق راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت های بیمارستان
- انتخاب ظرف شفاف و درب دار حاوی محلول ضدعفونی سطح بالا از جنسی که پس از استفاده دچار خوردگی نشود
- ابزار سوآپینگ هر محلول، ارزیابی کننده میزان غلظت محلول بوده و کاربرد آن توسط شرکت های سازنده مشخص می گردد.

ت تهیه کننده	تاییدکننده	تصویب کننده	ابلاغ کننده
زیبا شعبانی (سرپرستار CSR)	خانم اژدری(مترون)	خانم دکتر میرمطلبی(رئیس مرکز)	خانم دکتر میرمطلبی(رئیس مرکز)