



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان مرکز آموزشی درمانی نیک نفس	
عنوان : دستورالعمل الزامات و ملاحظات مراقبت از بسته های استریل	
کد سنجه: ب-۵-۳-۲	کد: NH-IN-IPC-03-06
تاریخ بازنگری بعدی: شهریور ۱۴۰۴	تاریخ تدوین: بهمن ۱۳۹۴

اداره بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

ردیف	عنوان	شماره صفحه
۱	دستورالعمل الزامات و ملاحظات مراقبت از بسته های استریل	۲-۳

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده	ابلاغ کننده
زیبا شعبانی (سرپرستار CSR)	خانم اژدری (مترون)	خانم دکتر میرمطلبی (رئیس مرکز)	خانم دکتر میرمطلبی (رئیس مرکز)



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان	
مرکز آموزشی درمانی نیک نفس	
عنوان : دستورالعمل الزامات و ملاحظات مراقبت از بسته های استریل	
کد: NH-IN-IPC-03-06	کد سنجه: ب-۵-۳-۲
تاریخ تدوین: بهمن ۱۳۹۴	تاریخ بازنگری بعدی: شهریور ۱۴۰۴

الف: سیاست بیمارستان :بالا بردن سطح ایمنی و کنترل عفونت

ب : دامنه :واحد استریلیزاسیون و تمامی بخشها

ت :منابع :دستورالعمل وزارتخانه

گام های انجام کار:

- ۱ - روی هر وسیله استریل توسط مسئول استریلیزاسون تاریخ استریل وانقضاء ثبت می گردد.
- ۲ -وسایلی که به صورت V.P تک لایه توسط مسئول استریلیزاسیون استریل می شوند ۳ ماه قابل استفاده می باشد.
- ۳ -وسایلی که به صورت V.P دولایه توسط مسئول استریلیزاسیون استریل می شوند ۶ ماه قابل استفاده می باشد.
- ۴ -وسایلی که به صورت پگ پارچه ای توسط مسئول استریلیزاسیون استریل می شوند ۱۵ روز قابل استفاده می باشند.
- ۵ -ستهای تاریخ گذشته توسط مسئولین بخشها بررسی شده و تحویل بخش استریلیزاسیون داده شود.
- ۶ -مجدداً توسط مسئول پکینگ تست مورد نظر (کلاس ۴ یا ۶) داخل ست گذاشته و تاریخ انقضاء واستریل روی ست نوشته شده واستریل می شود.
- ۷ -روی ستهای پگ شده قبل از گذاشتن داخل دستگاه نوار تست اتوکلاو که شامل این مشخصات(تاریخ انقضاء و استریل /نام فرد پک کننده ونام ست ونام دستگاه) می باشد توسط مسئول پکینگ زده می شود.
- ۸ -دمای اتاق استریل باید کمتر از ۲۴ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی کمتر از ۷۰ درصد باشد.
- ۹ -هر گاه اندیکاتور تست شاهد اتوکلاو تغییر رنگ نداد، نباید از وسایل استریل آن سیکل استفاده کرد و باید مجدداً مراحل استریل را انجام داد.
- ۱۰ -هر گاه به هرنحوی ست استریل خیس یا پاره شده باشد هر چند تاریخ انقضاء آن نگذشته باشد، قابل استفاده نبوده و باید مجدداً استریل شود.

تهیه کننده	تاییدکننده	تصویب کننده	ابلاغ کننده
زیبا شعبانی (سرپرستار CSR)	خانم اژدری(مترون)	خانم دکتر میرمطلبی(رئیس مرکز)	خانم دکتر میرمطلبی(رئیس مرکز)



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان مرکز آموزشی درمانی نیک نفس	
عنوان : دستورالعمل الزامات و ملاحظات مراقبت از بسته های استریل	
کد سنجه: ب-۵-۳-۲	کد: NH-IN-IPC-03-06
تاریخ بازنگری بعدی: شهریور ۱۴۰۴	تاریخ تدوین: بهمن ۱۳۹۴

۱۱- هر گاه به هر دلیلی اندیکاتور داخل ست به ان رنگ نشانگر نرسیده باشد باید از استفاده کردن آن ست خودداری کرد.

۱۲- بعد از استریل شدن ، ستها توسط مسئول استریلیزاسیون با کانتینرهای درب دار تحویل بخشها داده می شود

تهیه کننده	تاییدکننده	تصویب کننده	ابلاغ کننده
زیبا شعبانی (سرپرستار CSR)	خانم اژدری (مترون)	خانم دکتر میرمطلبی (رئیس مرکز)	خانم دکتر میرمطلبی (رئیس مرکز)