



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان مرکز آموزشی درمانی نیک نفس	
عنوان : دستورالعمل کنترل صحت عملکرد و کیفیت محلول های گندزدای سطح بالا	
کد: NH-IN-IPC-01-06	کد سنج ب ۵-۱-۲
تاریخ تدوین: بهمن ۱۳۹۶	تاریخ بازنگری بعدی : شهریور ۱۴۰۴

اداره بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

ردیف	عنوان	شماره صفحه
۱	دستورالعمل کنترل صحت عملکرد و کیفیت محلول های گندزدای سطح بالا	۲-۱

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده	ابلاغ کننده
زیبا شعبانی (سرپرستار CSR)	خانم اژدری (مترون)	خانم دکتر میرمطلبی (رئیس مرکز)	خانم دکتر میرمطلبی (رئیس مرکز)



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان مرکز آموزشی درمانی نیک نفس	
عنوان : دستورالعمل کنترل صحت عملکرد و کیفیت محلول های گندزدای سطح بالا	
کد: NH-IN-IPC-01-06	کد سنج ب ۵-۱-۲
تاریخ تدوین: بهمن ۱۳۹۶	تاریخ بازنگری بعدی : شهریور ۱۴۰۴

هدف : بالابردن سطح ایمنی و کنترل عفونت

دامنه : واحد استریلیزاسیون

منابع : دستورالعمل وزارتخانه

شیوه انجام کار:

- از محلول های گندزدای سطح بالای مورد تأیید سازمان غذا و دارو و دارای کد فرآورده هستند استفاده می شود
- پایش کیفیت فرآیند گندزدایی محلول های سطح بالا به صورت تصادفی در مقاطع زمانی مختلف با استفاده ی تست های سوآپینگ رایج بر اساس فرمولاسیون محلول توسط مسئول بخش انجام می شود
- آموزش و نظارت بر نحوه ی آماده سازی و استفاده از محلول های گندزدای سطح بالا توسط سرپرستار بخش واحد استریلیزاسیون انجام می شود
- محلول ها توسط پرسنل واشینگ در محل استاندارد ، با تهویه ی استاندارد، با استفاده از تجهیزات حفاظت فردی، آماده می شود
- محلول در ظروف مناسب (درب دار، شفاف ،واز جنسی که بعد از استفاده دچار خوردگی نشود) نگهداری می شود
- نگهداری ایمن و رقیق سازی محلول های سطح بالا طبق راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت های بیمارستان انجام می شود
- ابزار سوآپینگ هر محلول، ارزیابی کننده میزان غلظت محلول بوده و کاربرد آن توسط شرکت های سازنده مشخص می گردد.

تهیه کننده	تاییدکننده	تصویب کننده	ابلاغ کننده
زیبا شعبانی (سرپرستار CSR)	خانم اژدری (مترون)	خانم دکتر میرمطلبی (رئیس مرکز)	خانم دکتر میرمطلبی (رئیس مرکز)